THERMOMETRE DIGITAL BIG FLEX COMED (= manual)

REFERENCE : 68 000 83

Nous vous remercions d'avoir choisi ce modèle de thermomètre.
Ce thermomètre convient pour la mesure des températures corporelles de l'enfant et de l'adulte.
Veuillez prendre connaissance de la notice d'utilisation et la conserver.

A) PRISE DE LA TEMPERATURE

1) Appuyer légèrement sur la touche, un bip signale l'allumage
2) Fonction mémoire : après mise en marche, la dernière mesure est affichée avec la lettre « M »
3) Ré-appuyer sur la touche, apparaît sur l'écran « Lo°C » le thermomètre est alors prêt. Le symbole « °C » va clignoter pendant environ 16 secondes, le temps de la prise de mesure.

Puis ne sonnerie retentit pendant 10 secondes signalant la fin de la prise de température.

4) Si la température est normale (soit en-dessous de 37 °C) une alarme « bi..bi...bi...bi...bi » va retentir.
Si le sujet a de la fièvre il a une une alarme spéciale « bi,bi, bi ».

Pour éteindre le thermomètre, appuyer sur le bouton , le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de 9 minutes.

Attention : ne pas laisser un enfant utilisé ce thermomètre sans la présence d'un adulte

B) METHODES DE PRISE DE TEMPERATURE

a) Température rectale :
Lubrifier la sonde avec de la vaseline pour faciliter l'insertion.
Introduire doucement l'embout d'environ 2 cm dans le rectum. Mesure effectuée en 3 à 5 minutes. Température moyenne normale 37 °C.

b) Température buccale :
Placer la tête de la sonde sous la langue contre le frein de la langue. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez. Mesure effectuée en 3 à 5 minutes. Température moyenne normale 37,6 °C.

c) Température axillaire :
Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche. Caler la sonde au creux de l'aisselle et plaquer la bras contre le thorax. Mesure effectuée en 3 à 5 minutes environ. Température moyenne normale 36,7 °C.

C) CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de lésions importantes affectant les sites de prises, ou sur un sujet agité dans l'oreille.

D) NETTOYAGE ET DESINFECTION

Ce thermomètre est étanche et peut être nettoyé avec de l'eau ou une solution avec une densité de 95% d'alcool.
Attention : l'utilisation d'autres solutions peuvent endommagé le thermomètre

E) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter toute exposition au soleil, à une source d'U.V. ou de chaleur intense.
Veiller à ne pas faire tomber le thermomètre et à ne pas le cogner.
Ne pas le démonter ou le mettre en contact avec des solvants.
Ne jamais le mettre dans de l'eau bouillante.
Le fabriquant recommande un contrôle de précision auprès d'un laboratoire agréé tous les 3 ans.

G) REMPLACEMENT DE LA PILE

Quand l'écran affiche « » la pile doit être changée.
Enlever le capot en le tournant à l'aide d'une pièce de monnaie
Mettre une pile bouton neuve
Vérifier la présence du joint d'étanchéité dans sa gorge et remettre le couvercle en le tournant sur le thermomètre.
Ne jamais jeter la pile ou le thermomètre dans le milieu naturel. Déposer la pile usagée dans un collecteur spécifique.

H) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE

Etendue de mesure :	32,0 à 42,9 °C
Précision :	+/-0,1 °C entre 35 et 39 °C +/-0.2 °C au-delà
Stockage :	entre 10 et 35 °C avec un taux d 'humidité compris entre 40 et 80%
Alimentation :	Pile bouton LR1130 alkaline
Durée de vie de la pile :	+ 250 heures en utilisation soit plus de 1.000 prises
Poids :	22 grammes

I) GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an à compter de la date d'achat et pour une utilisation domestique. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas aux détériorations dues notamment à l'inobservation du mode d'emploi, à de mauvaises manipulations, consécutives à des chocs ou à un mauvais remontage de la pile. Elle ne s'applique ni aux piles, ni à l'emballage.

J) REMARQUES

Ce thermomètre est fabriqué par une usine répondant aux normes EN12470-3
Il a passé le test d'émission EMC et le test d'immunité en accord avec la norme EN60601-1-2 ainsi que le test de biocompatibilité selon l'annexe I de MDD
D'après la classification contre les chocs électriques, ce thermomètre est classé BF en accord avec la norme EN60601-1

PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 93/42 du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.
Un produit COMED – STRASBOURG - FRANCE

BLISTER - face A

THERMOMETRE BIG FLEX COMED

Embout flexible
Large écran LCD
Waterproof
Etendue de mesure : 32 à 42.9 °C
Mémoire de la dernière mesure

Face B

THERMOMETRE BIG FLEX COMED

REF 68 000 83

Le large écran LCD vous facilite la lecture et l'embout flexible est idéal pour l'usage chez l'enfant.

Ce thermomètre permet la prise de la température aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte et de 3 manières différentes (rectale, buccale ou axiliaire).

Veuillez à toujours bien nettoyer la sonde avant et après chaque utilisation et conserver le thermomètre dans son étui plastique.

Eviter toute exposition au soleil, à une source UV ou à une chaleur intense.

+ the same text and logo as for the other thermometer